RYNAN®
TECHNOLOGIES

ĐĨA KIỂM TRA VI SINH

RYNAN® AQ-VibrioKit

CÔNG TY CỔ PHẦN RYNAN TECHNOLOGIES VIETNAM
Ấp Long Trị, Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 294 374 6991 | E-mail: info@rynantech.vn | Website: www.rynantech.vn

TÍNH NĂNG

RYNAN® AQVibrioKit phát hiện vi khuẩn Vibrio trong ao nuôi tôm trong vòng 48 giờ bằng cách sử dụng đĩa thạch chuyên dụng và phân tích AI thông qua ứng dụng TOMGOXY®, cho phép thực hiện các quy trình quản lý chính xác. Nông dân có thể sử dụng RYNAN® VibrioKit trực tiếp tại trang trại nuôi tôm và đạt được kết quả chuẩn phòng thí nghiệm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bước 1	Mở ứng dụng TOMGOXY® > Chọn tính năng "Đếm vi khuẩn" > Chọn biểu tượng quét QR code để quét mã QR trên đĩa thạch RYNAN® AQVibrioKit.
Bước 2	Quét mã QR code trên đĩa vi sinh
Bước 3	Sử dụng ống tiêm đi kèm để hút 0,1ml nước ao nuôi tôm. Tiêm mẫu nước vào giữa đĩa thạch.
Bước 4	Ủ đĩa thạch ở nhiệt độ phòng, nơi tối, tránh ánh sáng trực tiếp (không cần tủ ấm) trong 24 giờ hoặc cho đến khi các đốm vi khuẩn Vibrio xuất hiện.
Bước 5	Gỡ bỏ lớp màng phủ trên đĩa thạch. Mở camera của ứng dụng TOMGOXY® hướng vào đĩa thạch trong 1-5 giây. Vibrio alginolyticus - Màu Trắng trong Vibrio parahaemolyticus/Vibrio owensii - Màu Xanh Other groups - Màu Hồng tím
Bước 6	Đọc kết quả và cảnh báo/khuyến nghị được hiển thị trên hệ thống.

CÁC TÍNH NĂNG HỖ TRỢ TRÊN APP TOMGOXY®

Truy vấn lịch sử:

Hình ảnh đã scan được lưu giữ trong lịch sử mùa vụ, có thể dễ dàng truy xuất bất cứ lúc nào trên app.

Phân tích mới nhanh chóng:

Đĩa vi sinh mới có mã định danh riêng biệt, có thể dùng để kiểm tra chất lượng nước ao bất kì.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

Hạn sử dụng : 3 tháng kể từ ngày sản xuất
Bảo quản: Bảo quản ở 26-28 °C. Trữ các hộp chưa sử dụng ở nơi ít sáng.
Cảnh báo: Không sử dụng khi có dấu hiệu bị nhiễm khuẩn, có dấu hiệu hư hại. Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn.

© RYNAN Technologies Vietnam. All rights